ANTES DE QUE EMPIECES:

Suministros para su inyección BETASERON

Cada caja envío de BETASERON®(interferón beta-1b) contiene 14 cajas de una sola dosis.

Cada caja de dosis única contiene:



2 almohadillas Preparación del alcohol

Un vial de BETASERON

Una jeringa de diluyente precargada

Un adaptador de vial con una aguja de calibre 30 unida (En el envase blíster)

Una bandeja de plástico transparente

Siempre almacenar su BETASERON a temperatura ambiente (68 ° F a 77 ° F). **No congelar.**

Preguntas acerca de su envío?

Llamada **BETAPLUS®** en cualquier momento en **1-800-788-1467.**

Su paquete BETACONNECT ™

BETACONNECT es una forma opcional de tomar su medicación entrega de una inyección suave y silencioso.

En su interior encontrará:

Micro USB cable

Cargador

BETACONNECT ™ autoinyector

Instrucciones de uso BETACONNECT

Guía rápida BETACONNECT

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

BETASERON ®(interferón beta-1b)

USO DE LA BETACONNECT ™

BETACONNECT™

Configuración de la BETACONNECT ™

El BETACONNECT es un dispositivo electrónico. Antes de utilizar el BETACONNECT por primera vez, tendrá que cargarlo completamente. La primera carga puede tardar hasta 2 horas, por lo que planificar el futuro. El BETACONNECT no puede inyectar durante la carga.

Cargar su BETACONNECT

Cada paquete incluye BETACONNECT un cable micro-USB y un cargador. Para cargar el dispositivo, tome el cable micro-USB y el cargador, conectarlos a su BETACONNECT, y conecte el cargador a una toma de corriente.

Utilice únicamente el cargador y el cable que viene con su BETACONNECT. Otros cables pueden no funcionar o pueden dañar su BETACONNECT.

Compruebe el estado de la batería

Se puede ver el estado de la batería de un vistazo. La carga finaliza cuando todas las 4 partes de la barra de luz son sólido de color verde-y no parpadea y la BETACONNECT se apaga. Desconecte el cable micro-USB cuando la carga está completa. De lo contrario, usted no será capaz de realizar una inyección.

PROPINA

Antes de utilizar su BETACONNECT por primera vez, debe cargarlo completamente, lo que puede tardar hasta 2 horas.



Tenga en cuenta la liberación de seguridad

La liberación de seguridad en la punta de la BETACONNECT ayuda a prevenir una inyección accidental. No se puede inyectar hasta que se presiona contra la piel. Debido a que entre en contacto con el sitio de la inyección, es importante mantener la liberación de seguridad limpia. Utilice un paño ligeramente húmedo o un algodón con alcohol.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

EMPIEZA AQUI

PASO 1: PREPARACIÓN PARA SU INYECCIÓN

- Coloque los materiales que necesitará en una superficie limpia y plana en un área bien iluminada. Usar la inyección Preparación Mat y asegurarse de que tiene todo lo que necesita
- Antes de comenzar, lávese bien las manos con agua y jabón



NOTA: Cuando se trabaja con la esponja la práctica durante su formación inyección, utilizar el paquete de placebo etiquetada No inyectar. No se inyecte el placebo en su cuerpo.

Vea el video de inyección paso a paso a la **BETASERON.com/inject.**

Compruebe la fecha de caducidad indicada en la caja. **No use el medicamento si ha expirado.**

Abra la caja y sacar a todos los contenidos.

Asegúrese de que el paquete de ampolla que contiene el Mixject® adaptador de vial se sella ...

…y que la tapa naranja en la jeringa se une firmemente. La jeringa se llena con un diluyente-solución estéril utilizado para disolver BETASERON® (interferón beta-1b).

Coloque la bandeja de plástico preparación sobre una superficie plana. La bandeja tiene una bien redondo para mantener el vial, y un canal en forma de U para sostener la jeringa precargada. Colocar el vial BETASERON en el pozo y colocar la jeringa en el canal en forma de U.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

PASO 2: BETASERON MEZCLA

puede tirar a la basura después.

Retire la BETASERON®(interferón beta-1b) vial del pozo y quitar el tapón. Ponga la tapa a un lado, se

Coloque el vial de nuevo en el pozo.

preparación de alcohol en una dirección. Dejar la almohadilla con alcohol en la parte superior del vial.

Utilice una almohadilla con alcohol para limpiar la parte superior del vial. Mueva la compresa para

PROPINA

Limpie sólo en una dirección NO-ida y vuelta, de modo que no se derrame gérmenes.

Hablar con una Enfermera BETA. Llamada 1-800-788-1407.

Pelar la etiqueta de la blíster. No toque el adaptador de vial: es importante para mantenerla estéril.



Retire la almohadilla con alcohol desde la parte superior del vial BETASERON. Recoger el blíster y darle la vuelta, manteniendo el adaptador del vial interior. Coloque el adaptador en la parte superior del frasco de Betaseron y empuje hacia abajo hasta que se perfora el tapón de goma del vial. Debe escuchar el adaptador encaja en su lugar.



Retire el embalaje de la ampolla del adaptador del vial. Agarrar los envases de plástico por los bordes y tire de él hacia arriba.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

PASO 2: MEZCLA BETASERON (continuado)

Gire la tapa de plástico de la jeringa de diluyente precargada. Ponga la tapa a un lado, se puede tirar a la basura después.

Mantenga el adaptador de vial unido al vial y retirar el vial del pozo (soporte del vial).

Tenga cuidado de no apretar el adaptador para el vial de la parte superior del vial.

PROPINA

Teniendo cuidado de no apretar demasiado, gire la jeringa en sentido horario, no más de 3 vueltas, hasta que las 2 piezas están conectados firmemente. No se necesita mucha fuerza.

se siente resistencia y el archivo adjunto es seguro. Esto forma el conjunto de jeringa.

la jeringa de diluyente precargada al adaptador de vial girando en sentido horario hasta que

transferir todo el líquido de la jeringa en el BETASERON®(interferón beta-1b) vial. Conectar

Empuje lentamente el émbolo de la jeringa de diluyente precargada todo el camino. Esto

PROPINA

Mantenga la jeringa montada con el vial en la parte inferior e inclinar el vial sólo un poco a un lado. Esto ayudará a evitar la formación de burbujas.

Hablar con una Enfermera BETA. Llamada 1-800-788-1467.

Agitar suavemente el vial para disolver completamente el polvo blanco de BETASERON (interferón beta-1b).

No sacudir.

Sacudiendo e incluso una mezcla suave puede causar la formación de espuma de la medicina. Si hay espuma, deje reposar el vial hasta que la espuma se asiente antes de usarlo.

Después el polvo se disuelva, mirar de cerca en la solución en el vial. Debe quedar claro e incoloro. No use la solución si está turbia o contiene partículas.

Si la solución es transparente e incoloro, vaya al siguiente paso. Si no es así, si la solución está descolorida o si aparece partículas no lo usan. Empezar de nuevo con nuevos suministros.

PROPINA

No se necesita mucho tiempo para que el polvo se disuelva, por lo general menos de unos pocos minutos. Nunca agitar el vial; que no acelera la mezcla, y puede causar espuma para formar.

No haga utilizar viales Betaseron agrietados o dañados. Si el vial está agrietado o dañado, obtener una nueva caja de dosis única que contiene una jeringa de diluyente frasco de Betaseron, precargada, adaptador del vial, y 2 almohadillas con alcohol. Repita los pasos para preparar su dosis BETASERON.

Contacto BETAPLUS®, el programa de apoyo al paciente Betaseron a **1-800-788-1467** para obtener un producto de reemplazo.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

PASO 3: Preparación de la inyección

Ha completado los pasos para preparar su BETASERON®(interferón beta-1b) y están listos para la inyección. La inyección debe administrarse inmediatamente después de la mezcla y permitir que cualquier espuma en la solución a asentarse. Si tiene que esperar para que tenga la inyección, se puede refrigerar la solución y su uso dentro de las 3 horas de la mezcla de su BETASERON.

No congelar.

Empuje el émbolo y mantenerlo allí; luego gire el conjunto de jeringa de manera que la jeringa es horizontal y el vial es en la parte superior.

Tire lentamente el émbolo hacia atrás para retirar todo el líquido del vial BETASERON en la jeringa.

NOTA: El cilindro de la jeringa está marcado con números de 0,25 ml a 1 ml. Si la solución no llenar la jeringa, más allá de la marca de 1 ml, mantener la jeringa en posición horizontal para que el vial está en la parte superior y tire lentamente el émbolo hasta que se tire toda la solución en la jeringa. Si no puede hacerlo o si el émbolo se vuelve difícil de mover,

desechar el vial y una jeringa y empezar de nuevo con una nueva caja de dosis única.

Hablar con una Enfermera BETA. Llamada 1-800-788-1407.

Girar el conjunto de jeringa de modo que el extremo de la aguja está apuntando hacia arriba. Eliminar las burbujas de aire golpeando suavemente el exterior de la jeringa con los dedos. Esto obliga a que las burbujas de la parte superior.

Empuje lentamente el émbolo hasta la marca de 1 ml en la jeringa o la marca que coincide con la cantidad de BETASERON prescrito por su profesional de la salud.

Si demasiada solución se introduce en el vial, repita el paso 3.

NOTA: El ejemplo dado en esta guía de capacitación de inyección que muestra cómo preparar una dosis completa de 1 ml de BETASERON. Vaya a la página 49 para obtener más información acerca de cómo iniciar BETASERON con una dosis más baja que aumenta gradualmente con el tiempo.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

PASO 3: Preparación de la inyección (continuado)



Girar el conjunto de jeringa de modo que el vial está en el fondo. Retire el adaptador de vial y el vial de la jeringa girando el adaptador del vial. Al eliminar el adaptador del vial y el vial, se puede estar seguro de que el medicamento fluye a través de la aguja y no hacia atrás en el vial.

Esto eliminará el adaptador de vial y el vial de la jeringa, pero dejará la aguja de la jeringa. Dejar reposar la jeringa durante unos minutos antes de la inyección.

No se puede inyectar de inmediato?

Puede almacenar la jeringa preparada en el refrigerador hasta por 3 horas. Si hace esto, asegúrese dejar que se caliente a temperatura ambiente antes de la inyección. Sólo debe tomar unos 15 minutos.

Nunca use un horno microondas o una estufa para tratar de calentar la medicación.

PROPINA

Hable con su médico acerca de tomar un analgésico de venta libre para ayudar a aliviar el dolor y la fiebre en los días que está utilizando BETASERON.

PASO 4: ELECCIÓN un sitio de inyección

Hablar con una Enfermera BETA. Llamada 1-800-788-1407

BETASERON® (interferón beta-1b) se inyecta bajo la piel y en la capa de grasa entre la piel y los músculos (tejido subcutáneo). Las mejores zonas para la inyección son donde la piel es blanda y suave y lejos de las articulaciones, los nervios y los huesos. No utilice el área cerca de su ombligo o la cintura. Si usted es muy delgado, utilice sólo el muslo o en la superficie exterior del brazo para inyección.

Elige un sitio diferente cada vez que se aplique una inyección. Despliegue el gráfico de la cubierta posterior para ver las distintas zonas de aplicación de inyecciones.

IMPORTANTE

- **No haga** inyectar en la misma zona por 2 inyecciones en una fila
- Mantener un registro de sus inyecciones para ayudar a asegurarse de que cambia (rota) las zonas de inyección cada vez
- Debe decidir donde inyectará BETASERON antes de preparar su medicamento inyectable
- **No haga** inyectar BETASERON en un sitio donde la piel es de color rojo, con moretones, infectado, o costras, se ha roto, o tiene grumos, baches, o el dolor
- Informe a su profesional de la salud si encuentra condiciones de la piel como las mencionadas aquí o en cualquier área de aspecto inusual en el que se le administraron inyecciones

uso myBETAapp™ para ayudar a mantener un registro de sus inyecciones, rotar adecuadamente los puntos de inyección, y establecer recordatorios. También puede utilizar el Diario de Tratamiento (véase la página 38) para realizar un seguimiento.

PROPINA

Algunas personas encuentran útil para un miembro de la familia o un amigo para dar inyecciones en las zonas más difíciles de alcanzar. Su enfermera BETA o profesional de la salud pueden entrenar a alguien para ayudarle correctamente y de forma segura con su proceso de inyección.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

"Me quiere tomar el control. Ser un participante activo en mi tratamiento ".

- Juan,
un BETASERON paciente

Las citas son de pacientes reales.
Los modelos utilizados para propósitos ilustrativos solamente.

BETASERON®(interferón beta-1b)

PASO 5: Seleccione la opción PREFIERE

INYECTAR MANUAL

Vaya a la página 22 para continuar con una inyección manual.

Ir a la página siguiente, inyectar manualmente

OR

Inyectarle BETACONNECT ™

Una forma suave y silencioso para tomar su BETASERON.

Ir a la siguiente pestaña, inyectándole **BETACONNECT**

inyectar manualmente

Usando un movimiento circular, limpiar el lugar de la inyección con una almohadilla prep alcohol, comenzando en el sitio de inyección y moviéndose hacia fuera. Deje que el área de la piel se seque al aire.

Retire la tapa de la aguja. Mantenga la jeringa como un lápiz o un dardo en una mano.

PROPINA

Retire la tapa de la aguja tirando de ella hacia fuera. No tuerza apagado. Una vez hecho esto, nunca trate de poner el tapón.

No haga utilizar un BETASERON agrietado o dañado® (interferón beta-1b) de la jeringa. Si la jeringa se rompe o daña, obtener una nueva caja de una sola dosis y repetir los pasos para preparar su dosis BETASERON. Contacto BETAPLUS®, el programa de soporte del paciente BETASERON, en **1-800-788-1467** para obtener un producto de reemplazo.

O Hablar con una **Enfermera BETA.** Llamada **1 800 788 1467**

Insertar la aguja hacia arriba y hacia abajo en la piel en un ángulo de 90 ° con un movimiento rápido, de los dardos.

suavemente la piel alrededor del sitio con el pulgar y el dedo índice de la otra mano.

Empuje lentamente el émbolo hasta el fondo hasta que la jeringa esté vacía. pellizcar

PROPINA

Una vez que la aguja está en su piel, inyectar BETASERON utilizando un empuje lento y constante. Inyectar lentamente permite que el medicamento hacia fuera debajo de la piel.

algodón seco o almohadilla de gasa. Tirar la jeringa en el recipiente a prueba de pinchazos.

de inyección. masajear suavemente el sitio de inyección durante unos momentos con la bola de

Retire la aguja de la piel. Coloque una bola de algodón seco o almohadilla de gasa sobre el sitio

PROPINA

masajear suavemente la zona de inyección con un algodón o gasa seca almohadilla limpia, para ayudar a la medicación hacia fuera.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON®
(interferon beta-1b)
0.3 mg for SC injection

O Llamada 1-800-788-1467.
Hablar con una Enfermera BETA.

PASO 6: ELIMINACIÓN de utilizado jeringas, agujas, y copas

Para evitar lesiones por pinchazo de aguja y la propagación de la infección, no trate de tapar la aguja.

Coloque las agujas usadas, jeringas, viales, y las tapas en un recipiente que se puede cerrar, resistente a la punción.

PROPINA

Para un contenedor de objetos punzantes gratuita, llame BETAPLUS® al 1-800-788-1467. Cuando el contenedor está lleno, pregunte a su farmacéutico, médico, o enfermera BETA cómo deshacerse de él.

Se puede usar un contenedor de objetos punzantes (tal como un recipiente de riesgo biológico rojo), recipiente de plástico duro (tal como una botella de detergente), o de metal (tal como una lata de café vacía). No utilice recipientes de vidrio o plástico transparente. Consulte con su médico para obtener instrucciones sobre la manera correcta de tirar (desechar) el recipiente. Puede haber leyes estatales y locales acerca de cómo se debe desechar las agujas y jeringas usadas.

No desechar las agujas, jeringas, viales o en la basura doméstica o la papelera de reciclaje. Diferentes estados tienen diferentes reglas para desechar los contenedores de objetos punzantes.

Mantenga el recipiente de eliminación, agujas, jeringas y viales de BETASERON®(interferón beta-1b) fuera del alcance de los niños.

Tire a la basura cualquier medicamento sin usar. No guarde ninguna BETASERON sin usar para una dosis futuro.

Nunca dude en hacer preguntas! Es importante que usted sepa cómo tomar su BETASERON-así que por favor no deje que sus preguntas sin respuesta. Si tiene alguna pregunta acerca de BETASERON, o necesita un nuevo contenedor de objetos punzantes, llame al BETAPLUS **1-800-788-1467** y hablar con una enfermera BETA.

Las citas son de pacientes reales.

Los modelos utilizados para propósitos ilustrativos solamente.

Inyectándole BETACONNECT ™

BETACONNECT™

Utilice su BETACONNECT tomar BETASERON® (interferón beta-1b) según lo prescrito. Recuerde cambiar su sitio de inyección cada vez que se inyecte el medicamento como se muestra en la Guía de BETASERON medicación. Usted tendrá que preparar la jeringa que viene con su BETASERON, y colocarlo en el BETACONNECT como se muestra en las instrucciones.

Consulte con su profesional de la salud antes de usar el BETACONNECT por primera vez. Si tiene preguntas acerca de su BETACONNECT, llame BETAPLUS® a **1-800-788-1467** .

PROPINA

Después de que ha cargado, debe desenchufar el BETACONNECT antes de permitir que se inyecte.

Si usted acaba de conseguir su BETACONNECT y la necesidad de configurarlo, vaya a la página 8.

Llamada 1-800-788-1467

Hablar con una Enfermera BETA.

Obtenga su BETACONNECT ™ listo

Retire su BETACONNECT de su caja y encenderlo presionando firmemente el botón de encendido / apagado durante al menos 2 segundos. Se oirá un pitido corto cuando el BETACONNECT se enciende.

Compruebe la batería

A continuación, vuelva a comprobar el estado de la batería mirando las barras verdes. 4 bares verde significa la BETACONNECT es cargado completamente y listo para su uso. Si la luz no es verde, por favor vaya a la página 36 para obtener información sobre cómo solucionar problemas BETACONNECT.

Ajustar sus configuraciones personalizables (en la página siguiente)

Cargar la jeringa preparada en su BETACONNECT

Pulse el botón azul de liberación de la tapa en la parte lateral de su BETACONNECT, y abrir completamente la tapa. Saliendo de la tapa protectora de la aguja adjunto, alinear la jeringa la imagen jeringa blanco dentro de la BETACONNECT con. Coloque la jeringa en el soporte de jeringa y empuje hacia abajo con el pulgar y el índice, de manera uniforme y suavemente en el medio de la jeringa, de modo que bloquea con seguridad en su lugar.

PROPINA

Usted no tendrá que utilizar mucha fuerza. Debe escuchar la jeringa encaja en su lugar.

A continuación, cierre la tapa firmemente. Debe oír un clic. El botón de inyección se ilumina con una luz azul fija, lo que indica que su BETACONNECT está listo para usar.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON®
(interferon beta-1b)
0.3 mg for SC injection

Llamada 1-800-788-1467

Hablar con una **Enfermera BETA.**

Personalización de los valores

su BETACONNECT™ tiene una serie de características útiles que pueden ser ajustadas en base a sus necesidades, incluyendo:

- ajuste de la profundidad de inyección
- ajuste de la velocidad de inyección
- recordatorio de la inyección

Para echar un vistazo más de cerca, por favor, pulse el botón azul de liberación tapa y abrir la tapa.





ajuste de la profundidad de inyección

Puede utilizar el control deslizante a la izquierda para establecer profundidades de inyección de 12, 10, u 8 mm. Cuando reciba su BETACONNECT, se establece en 12 mm. Antes de cambiar el ajuste, consulte a su médico o enfermera BETA si debe usar una profundidad diferente.

IMPORTANTE: Antes de cambiar la profundidad de inyección o ajustes de velocidad, hable con su médico o enfermera BETA.

Inyectarse su medicamento con BETACONNECT™

Preguntas sobre el uso de BETACONNECT™?

ajuste de la velocidad de inyección

Mediante el control deslizante a la derecha, también puede ajustar la velocidad de inyección. Cuando reciba su BETACONNECT, se establece en la velocidad de inyección del medio. Consulte con su médico o enfermera BETA si debe usar un ajuste de inyección diferente.

Para una administración más rápida, mueva el control deslizante para el símbolo de flecha doble ( ).

Para una inyección de medio, mueva el control deslizante para el símbolo de una sola flecha ( ).

Para una inyección más lenta, mueva el control deslizante para el símbolo de media flecha ( ).



recordatorio de la inyección

Su BETACONNECT también tiene una característica integrada de recordatorio de la inyección, que puede ser visto y oído a través del caso BETACONNECT. Cuando han pasado 48 horas desde su última inyección, su BETACONNECT emitirá un pitido cada 15 minutos y una luz azul parpadeará. El recordatorio tiene una duración de 1 hora, o hasta que se pulsa el botón de encendido / apagado o el botón de inyección.

Para silenciar el tono y mantener el recordatorio de luz intermitente, presione el botón de inyección o abrir la tapa. Para cancelar tanto el tono y el recordatorio de luz intermitente, presione el botón de encendido / apagado.

El recordatorio se restablece automáticamente después de cada inyección. Está activada (habilitada) cuando reciba su BETACONNECT. Si no desea utilizarlo, tendrá que apagarlo con el control deslizante. Para configurar el recordatorio de inyección:

En, mueva el control deslizante para

Apagado, mueva el control deslizante para

IMPORTANTE: Antes de cambiar la profundidad de inyección o ajustes de velocidad, hable con su médico o enfermera BETA. Utilice el recordatorio integrado únicamente como copia de seguridad. No obstante, debe administrarse el Betaseron® (interferón beta-1b) en la fecha prevista y siga las instrucciones de su médico, incluso si se utiliza el recordatorio incorporado.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

Antes de continuar, Despliegue la lengüeta de en la cubierta posterior de esta guía.

Use la tabla para elegir un sitio de inyección recomendado.



Usando un movimiento circular, limpiar el lugar de la inyección con una almohadilla prep alcohol, comenzando en el sitio de inyección y moviéndose hacia fuera. Deje que el área de la piel se seque al aire.

Retire la tapa de la aguja

Tire de la tapa protectora de la aguja de la jeringa. Tenga cuidado de no torcer la tapa, y tener cuidado de no tocar el botón de liberación de seguridad e inyección.

Active la liberación de seguridad

Cuando esté listo para inyectar, mantenga el BETACONNECT ™ suavemente contra el sitio de la inyección que ha seleccionado en un ángulo de 90 ° a la piel. Esto activa la liberación de seguridad.

El botón de inyección azul comenzará a parpadear. Su BETACONNECT está ahora lista para inyectar.

Hablar con una Enfermera BETA. Llamada 1-800-788-1407

Empezar la inyección

Usando su dedo pulgar o índice, pulse el botón de inyección y liberarlo. Usted no tiene que mantener pulsado el botón durante la inyección. Asegúrese de mantener la BETACONNECT contra su piel durante toda la inyección.

Su BETACONNECT funcionará en silencio hasta que la inyección se ha completado. La barra azul iluminado desciende en etapas a medida que avanza la inyección. Seguir el progreso de su inyección al ver las luces azules, o simplemente escuchar 2 pitidos cortos.

PROPINA

Una inyección tarda unos 19 segundos, dependiendo de la configuración de velocidad.

Espere a que la inyección hasta el final

Cuando la inyección se ha completado, se escucha 2 pitidos cortos y la barra azul comenzará a parpadear. Su BETACONNECT se apagará automáticamente.

No haga quitar su BETACONNECT hasta que vea o escuche estas señales, para que no interrumpa la inyección.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

Compruebe la barra de luz

Si ve una luz roja parpadeante, el proceso de inyección se interrumpió. El ciclo de inyección se interrumpe cuando:

- Presione el botón de encendido / apagado antes de la inyección se ha completado
- Retire su BETACONNECT ™ desde el sitio de la inyección antes de la inyección se ha completado

Asegúrese de que ha recibido la dosis completa. Si usted no recibió la dosis completa, llame a su enfermera o médico de BETA.

Retire la jeringa de la BETACONNECT

El BETACONNECT se apagará automáticamente una vez que la inyección se ha completado. Pulse el botón azul de liberación tapa en la parte lateral de su BETACONNECT y abrir completamente la tapa. Mantenga la BETACONNECT en una mano. A continuación, utilizando el pulgar y el dedo índice de la otra mano, sujete la jeringa en el medio y quitarlo de la BETACONNECT, asegurándose de no lesionarse o lesionar a otros con la aguja expuesta.

PROPINA

Para evitar posibles lesiones, no tratar de poner la tapa de la aguja de nuevo en la jeringa.

Siempre comprobar la jeringa para asegurarse de que la dosis completa ha sido entregado. **Siempre** deseche la jeringa usada con prontitud, en un recipiente previsto. Cuando el contenedor para desechar objetos cortantes está casi lleno, tendrá que seguir sus normas de la comunidad de la manera correcta para disponer de su contenedor para desechar objetos cortantes. Puede haber leyes estatales o locales sobre cómo se debe desechar las jeringas usadas. Para obtener más información acerca de la

la eliminación segura de agujas, y para obtener información específica acerca de la eliminación de objetos punzantes en el estado que usted vive, ir a la página web de la FDA en: **http://www.fda.gov/safesharpsdisposal. A su vez a la página 24 para**

STEP 6: deshacerse de las jeringas usadas, agujas y viales.

Almacenamiento del BETACONNECT



Compruebe su BETACONNECT para asegurarse de que está limpio y no hay medicamentos cuando se haya derramado en el interior. Cerrar la tapa.

Para mantener su seguridad, siempre almacenar su BETACONNECT en su caso. El recordatorio incorporado emitirá un pitido y el flash cuando han pasado 48 horas desde su última inyección, a fin de mantener su BETACONNECT en un lugar donde se puede ver fácilmente y escucharlo.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

Las citas son de pacientes reales.
Los modelos utilizados para propósitos ilustrativos solamente.

El mantenimiento de su BETACONNECT ™

Su BETACONNECT es un dispositivo electrónico: manejar con cuidado. Siga estos pasos para ayudar a mantenerlo en buen estado de funcionamiento.

Mantenga su BETACONNECT limpia

Es necesario mantener la liberación de seguridad limpia para que su BETACONNECT funcionará correctamente. Utilice un paño seco o ligeramente húmedo o un algodón con alcohol.

Si el medicamento se derrama en el interior del BETACONNECT, y eliminar rápidamente con un paño húmedo.

BETACONNECT no es a prueba de agua, por lo que no se moje. Nunca sumerja su BETACONNECT o mantenerlo bajo agua corriente. Nunca lave su BETACONNECT en el lavavajillas.

Almacenar el BETACONNECT con la tapa cerrada y en su caja de plástico para ayudar a proteger contra el polvo, la suciedad, temperaturas extremas o luz solar directa.

Mantenga su BETACONNECT cargada

Recuerde cargar su BETACONNECT. Es muy sencillo: conecte el cargador a una toma de corriente y deje que se cargue durante aproximadamente 2 horas. Una carga completa significa que su BETACONNECT está listo para usar.

PROPINA

Una carga completa debe durar de 15 a 20 inyecciones, o de 4 a 5 semanas.

De hacer no hacer

HACER

- Utilice BETACONNECT solamente con jeringas que vienen con su BETASERON®(interferón beta-1b)
- Inyectar en la piel desnuda. Nunca inyecte a través de su ropa

NO

- Punto de su BETACONNECT a otra persona, o por lo mismo, excepto para inyectar BETASERON
- Comparte tu BETACONNECT con otra persona, para minimizar el riesgo de infección
- Esterilizar a su BETACONNECT o sumergirlo en un líquido
- Intente abrir o reparar su BETACONNECT

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection

BETACONNECT™

Resolución de problemas BETACONNECT ™

Si su BETACONNECT no está funcionando

Compruebe para asegurarse de que:

- La batería está completamente cargada
- Se utiliza el tipo de jeringa correcta
- La jeringa se quebró en correctamente
- La jeringa está montado adecuadamente para caber en su BETACONNECT
- La tapa está totalmente cerrada

Sepa cuándo obtener soporte técnico

NO UTILICE su BETACONNECT si:

- No funciona como se esperaba
- Parece estar dañado
- El cargador y cables suministrados no están disponibles para el uso de llamadas BETAPLUS®

a **1-800-788-1467** si se presenta alguno de estos problemas.

Sepa cuándo obtener ayuda de un profesional de la salud

Llame a su médico, o llame al BETAPLUS **1-800-788-1467** Si:

- La jeringa precargada no puede ser insertado o retirado como se describe
- La jeringa no se ha vaciado por completo después de su uso

Preguntas sobre el uso de **BETAPLUS BETACONNECT?**

Llamada 1-800-788-1467
Hablar con una Enfermera BETA.

Mantenga su BETACONNECT cargada

Una barra intermitente verde significa que hay suficiente energía para la inyección 1, pero la BETACONNECT debe recargarse justo después.

Si el botón de encendido / apagado parpadea con una luz naranja, que significa que debe recargar su BETACONNECT antes de poder inyectar. Vaya a la página 9 para obtener instrucciones sobre la carga de su BETACONNECT.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite www.mybetaappifu.com.

BETASERON® (interferon beta-1b) 0.3 mg for SC injection